FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022
Processo Administrativo Nº 003/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA
Data de Publicação: 04/03/2022 07:09:52

TOTAL DO PROCESSO: **234.000,00**

FLAVIO ROBERTO NUNES DE SOUSA			**32.701.973/0001-44**	**234.000,00**
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 007	19.500,00	**Total: 234.000,00**

Item: 1 Unidade: MÊS Marca: SRH/SH500F Modelo: SRH/SH500F

Descrição: Locação de (01) um aparelho de Raio-X Digital (CR), com sistema mono cassete compacto projetado e Processadora de Imagens com instalação, manutenção preventiva, corretiva e reposição de peças incluso. Aparelho de Raio-X 500Ma. Equipamento de Radiologia Digital para atendimento geral, permitindo realizar radiografias de crânio, tórax, coluna, abdome e extremidades, com o paciente deitado ou em pé no bucky vertical com as seguintes características:• 1.2 Gerador:• Gerador com potência mínima de 30 kW, com mA máximo de no mínimo 500 e com kV máximo de no mínimo 125;• Microprocessado, multipulso, com retificação em alta frequência de no mínimo 20 kHz;• Alimentação elétrica 220V – 60 Hz;• Seleção de valores de kV desde 40 a 125 kV;• Seleção de mAs desde 0,5 a 500 mAs;• Dispositivo de proteção contra sobrecarga, com mensagem de erro e compensação Automática da rede.• Painel de Comando:• Painel de comando com técnica de comando de livre seleção dos parâmetros kV, mA e mAs através de teclado tipo membrana com indicação digital de kV, mA e mAs.• Mesa de Exames:• Tampo flutuante de quatro sentidos com freios eletromagnéticos acionados por pedal com bucky embutido;• Grade anti-difusora com razão 10:1, com no mínimo 60 linhas/cm com grade estacionária ou mínim+A1:F3o 60 linhas/cm com grade oscilante;• Utilização de chassis de 18 x 24 cm até 35 x 43 cm;• Deslocamento longitudinal mínimo de +/- 30 cm ou superior e transversal superior a +/- 10cm (valores aproximados) ;• Dimensões mínimas (largura x comprimento): 81 cm x 200 cm;• Capacidade mínima de 150 kg.• Estativa Porta-Tubo:• Tipo chão-chão ou chão-mesa, sem a necessidade de fixação ao teto ou parede;• Deslocamento motorizado com possibilidade de manual (caso haja defeito no motor) do conjunto longitudinal e vertical da estativa;• Sistema de freio do conjunto tubo/colimador através de freios eletromagnéticos.• Tubo de Raio-x: (deve-se identificar o tipo de tubo e apresentar catálogo)• Cúpula de alta capacidade térmica, com proteção contra superaquecimento;• Ampola de Raio-x com capacidade térmica do ânodo mínima de 200 kHU; Capacidade do conjunto emissor de pelo menos 1.2 MHU; Capacidade de dissipação térmica do ânodo de pelo menos 40.000 HU/min;• Rotação maior ou igual a 3.400 rpm;• Foco fino de 1.0 mm com 25 kW e foco grosso de 2.0 mm com 48 kW;• Unidade de controle da rotação do ânodo;• Colimador luminoso manual.• Mural Bucky:• Estativa de parede com porta bucky

Quantidade: 12 **Valor Unit.: 19.500,00** Total Item: 234.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

_____

PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA

_____

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JUAREZ XAVIER DOS SANTOS FILHO

_____

MEMBRO DE APOIO ROSINERIA EMILIA ALVES DA SILVA